

Electronische meetinstrumenten, met continue uitlezing (vervanging voor gastestbuisjes)

Ex-Ox-Tox Tel.: +31(0)252620885 www.exotox.nl and www.bwtechnologies.nl/gasalert.html		Formule	MAC- waarde in ppm	Meetbereik in ppm	Nauw- keurigheid in ppm	Relatieve damp- dichtheid (lucht = 1)	Omrekeningsfactor bij 20°C 1,013 bar (x)		UN- nummer	Bestelcode met datalogging	Prijns met datalogging in €	Garantie op het instrument
							1 ml/m ³ (=ppm) ->(mg/m ³)	1 mg/m ³ -> (ml/m ³ (ppm))				
Ammoniak Ammonia	NH ₃	20	0-100 0-400	1	0,60	0,708	1,41	1005	GAXT-A GAXT-A2	395,00	480,00	2 jaar (jaar op NH ₃ meetcel)
Blauwzuur Cyanide	HCN	10	0-30.0	0,1	0,95	1,12	0,890	1051/1613	GAXT-Z	395,00	480,00	2 jaar
Chloor	Cl ₂	1	0-50.0	0,1	2,49	2,95	0,339	1017	GAXT-C	395,00	480,00	2 jaar
Chloordioxide	ClO ₂	0,1	0-1.0	0,1	2,33	2,80	0,357	geen	GAXT-V	395,00	480,00	2 jaar
Ethyleenoxide(ETO)	C ₂ H ₄ O	0,5	0-100	1	1,52	1,83	0,546	1040	GAXT-E	395,00	480,00	2 jaar
Fosfine	PH ₃	0,3	0-5.0	0,1	1,18	1,41	0,708	2199	GAXT-P	395,00	480,00	2 jaar
Koolmonoxide	CO	25	0-999	1	0,97	1,16	0,859	1016	GAXT-M	295,00	380,00	2 jaar
Ozon	O ₃	0,06	0-1.0	0,1	1,66	2,00	0,501	geen	GAXT-G	395,00	480,00	2 jaar
Stikstofdioxide	NO ₂	2	0-99.9	0,1	1,59	1,91	0,523	1067	GAXT-D	395,00	480,00	2 jaar
Stikstofoxide	NO	25	0-250	1	1,04	1,25	0,802	1660	GAXT-N	395,00	480,00	2 jaar
Zwavel dioxide	SO ₂	2	0-100	1	2,26	2,66	0,376	1079	GAXT-S	395,00	480,00	2 jaar
Zwavelwaterstof	H ₂ S	10	0-100 0-500	1	1,19	1,42	0,706	1053	GAXT-H GAXT-H2	295,00	380,00	2 jaar